

## PHILIPS SPO2 ARA KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kablo PHILIPS marka monitörler ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Kablo gri renkte olmalıdır.
- 3- Kablonun cihazın soketine giriş kısmı mavi renkte olmalıdır.
- 4- Kablonun cihazın soket kısmına girişinde kolaylık olması için tırtıklı bir yüzeyi olmalıdır.
- 5- Spo2 prob giriş konnektöründe koruyucu kapak olmalıdır.
- 6- Kablo üzerinde garanti durumunun takibini yapmak için markası, P/N numarası, seri numarası ve CE işareti bulunduran bir etiket olmalıdır. Kablo üzerinde olmayan etiketler kabul edilmeyecektir.
- 7- Kablonun dağılmasını önlemek için cırt-cırtlı yapıda ipi olmalıdır.
- 8- Ürün teslimat sırasında karışıklık olmaması için şeffaf kilitli poşetler ile verilmelidir.
- 9- Kablonun cihaza girişi 10 pinli olmalıdır.
- 10- Kablo uzunluğu 222cm(+2cm) olmalıdır.
- 11- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 12- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 13- Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

